

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN YHCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120/CV-BYHCT
V/v Báo giá hàng hóa

Ninh Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vật tư y tế sử dụng năm 2024-2025 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình (có phụ lục đính kèm).

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các nhà thầu cung cấp báo giá của mặt hàng trên.

- Thời gian nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 03/04/2024.

- Hình thức nhận báo giá:

+ Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu công ty gửi về địa chỉ:

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình.

+ Địa chỉ: số 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

+ Điện thoại: 02293.876.336 (chỉ nhận báo giá qua Văn thư Bệnh viện).

Rất mong nhận được sự đồng ý phối hợp thực hiện từ phía các nhà thầu.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Dược.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vân Hải

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn	Phân nhóm (Theo TT 14/TT/2020-BYT ngày 10/7/2020)
1	Dung dịch rửa tay	Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters... Chất tạo màu, hương liệu. Có dung tích ≥ 500 ml.	Nhóm 2
2	Dung dịch ngâm rửa dụng cụ	Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn: EN 14561 Nấm, mốc: EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đồ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5 %(w/w). Có dung tích ≥ 5 lít.	Nhóm 5
3	Băng dán vết thương cầm máu tại chỗ	- Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút ≥ 500 %, lực dính 2,2-9,4 N/cm - Kích thước 1,9-2cmx6cm	Nhóm 4

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

4	Băng dính lụa	<p>Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước đúng: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485</p>	Nhóm 6
5	Bông thấm nước	<p>100% Bông sơ thiên nhiên, cấu trúc đơn bào, cellulosi. Có màu trắng, không lẫn màu, không lẫn chất. PH (dung dịch 100g/ lít): Từ 0,5 đến 0,8. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ẩm tối đa: 8,0% Khối lượng ≥ 1kg Đạt ISO: 13485</p>	Nhóm 3
6	Bơm tiêm 5ml	<ul style="list-style-type: none"> - Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 	Nhóm 2

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

7	Bơm tiêm 10ml	<ul style="list-style-type: none"> - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất-từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn TCVN 59 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;ISO 13485: 2016; CE 03:1995 	Nhóm 2
8	Cồn 70 độ	Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Hàm lượng Ethanol trên 70%.	Nhóm 2
9	Găng khám bệnh	<p>Làm từ mũ cao su tự nhiên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bột phủ có thể thấm hút được - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 13485: 2016; ISO 22000: 2018; GMP - Quy cách :100 cái/ hộp. 	Không phân nhóm
10	Gel siêu âm	<p>Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu <100 CFU/g, tổng số nấm < 10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.</p> <p>Quy cách: ≥5l/can</p>	Không phân nhóm

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

11	Kim châm cứu	<ul style="list-style-type: none"> - Kim châm cứu tiệt trùng dùng 1 lần. - Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng, - Đầu kim sắc. - Đường kính x Chiều dài: (0.16 – 0.45) mm x (13 – 150) mm; đường kính dây cuốn tay cầm (0.3 – 0.6) mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, EC 	Nhóm 6
12	Ống nghiệm Heparin	<p>Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE dày kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2016; CE</p>	Không phân nhóm
13	Ống nghiệm máu EDTA K2 2ml	<p>Chất liệu: ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE dày kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).</p> <p>Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống.</p> <p>Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; ISO 13485: 2016; CE</p>	Không phân nhóm

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ

14	Ống nghiệm nhựa có nắp	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12 -13x75mm, nắp đỏ, có nhãn, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;ISO 13485: 2016; CE	Không phân nhóm
15	Khẩu trang giấy	- 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene - Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí hiệu suất lọc khí >90% bụi bẩn và vi khuẩn - Nẹp mũi định hình bóp kẹp sát mũi tạo độ kín	Không phân nhóm