

Số: 164/YHCT-D  
V/v mời báo giá máy kéo giãn HT  
lưng cổ, máy XN huyết học

Ninh Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị y tế triển khai sử dụng tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 0229 3876336

### 2. Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Số 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 0229 3876336

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy (thời điểm báo có thư đến). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được sử dụng.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ thời điểm phát hành báo giá.

### I. Nội dung yêu cầu báo giá

#### 1. Danh mục hàng hóa

STT	Tên thiết bị, vật tư; yêu cầu về tính năng, cấu hình, kỹ thuật cơ bản	Đơn vị	Số lượng
1	<b>MÁY KÉO GIÃN HỆ THỐNG LƯNG, CỔ</b> 1. <i>Tính năng:</i> sử dụng để kéo giãn cột sống lưng, cột sống cổ. 2. <i>Cấu hình cơ bản</i>	Cái	01

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 cái</li> <li>- Bộ phụ kiện:</li> <li>+ Đai kéo dẫn vùng thắt lưng: 01 cái</li> <li>+ Đai kéo dẫn vùng ngực: 01 cái</li> <li>+ Đai kéo dẫn vùng cổ: 01 cái</li> <li>+ Thanh giữ vai, cổ: 01 cái</li> <li>+ Dây kéo <math>\geq 170\text{cm}</math> có móc: 01 cái</li> <li>+ Công tắc dừng khẩn cấp cho bệnh nhân: 01 cái</li> <li>+ Giường kéo 3 khúc, chiều cao cố định: 01 cái</li> <li>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh; tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><b>Yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình hiển thị loại cảm ứng, kích thước <math>\geq 7</math> inch.</li> <li>- Có <math>\geq 10</math> tốc độ kéo</li> <li>- Tự động hiệu chỉnh lực kéo; Tự động bù lực kéo</li> <li>- Có thể cài đặt <math>\geq 50</math> vị trí bộ nhớ với ID bệnh nhân</li> <li>- Tất cả các giá trị cài đặt được hiển thị trên màn hình</li> <li>- Năm sản xuất: 2023 trở về sau</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</li> </ul>		
2	<p><b>MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC</b></p> <p><b>Tính năng:</b> đo và phân tích các thông số của các bào huyết học</p> <p><b>Cấu hình cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính kèm bộ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</li> <li>Giao diện sử dụng: màn hình LCD <math>\geq 10</math> inch</li> <li>- Máy in kết quả: 01 cái</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh; tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul> <p><b>Yêu cầu kỹ thuật cơ bản</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất đo: <math>\geq 60</math> test/giờ</li> <li>- Thông số đo: <math>\geq 22</math> thông số</li> <li>- Công nghệ đo:</li> <li>Phương pháp trở kháng thể tích cho WBC và RBC hoặc tương đương</li> <li>Phương pháp đo quang cho HGB hoặc tương đương</li> <li>- Biểu đồ: tối thiểu có WBC, RBC, PLT</li> <li>- Chế độ lấy mẫu: <math>\leq 38</math> <math>\mu\text{l}</math> mẫu ống đóng; <math>\leq 13</math> <math>\mu\text{l}</math> mẫu ống mở</li> <li>- Dung lượng lưu trữ: <math>\geq 40,000</math> kết quả bao gồm đồ thị và dữ liệu bệnh nhân</li> <li>- Kết nối: tối thiểu 2 cổng USB</li> <li>- Năm sản xuất: 2023 trở về sau</li> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485</li> </ul>	Cái	01

**Ghi chú:**

Các đơn vị chào đầy đủ, chi tiết các thông tin hàng hóa (theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện tham khảo xây dựng cấu hình, yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa mời thầu.

**2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng**

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

**3. Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./.*****Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng KH-ĐD- DD (để đăng tải);
- Lưu: VT, D, TCHC-TCKT.



**Nguyễn Thị Vân Hải**





## BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp trang thiết bị y tế như sau:

### 1. Danh mục báo giá

STT	Danh mục thiết bị vật tư	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	- Tên thiết bị: - Model, mã hàng hóa (nếu có): - Xuất xứ: - Các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE, FDA...): - Cấu hình: - Thông số kỹ thuật chi tiết: - Các thông tin khác (nếu có).				
2					
...					
<b>Tổng cộng:</b>					

### Ghi chú:

1. Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin về thiết bị theo yêu cầu tại Bảng trên;

Giá báo là giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí theo quy định.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày phát hành [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))