

Số: 200/YHCT-D  
V/v mời báo giá sửa chữa,  
bảo dưỡng TBYT

Ninh Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp TBYT tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để sửa chữa, bảo dưỡng máy phục hồi chức năng với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 0229 3876336

### 2. Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (*ghi trên bao bì báo giá*):

Bộ phận văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Số 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Điện thoại: 0229 3876336

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm thư mời này được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Bệnh viện. Thời điểm tiếp nhận báo giá được tính tại thời điểm nhận bản giấy (thời điểm báo có thư đến). Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được sử dụng.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ thời điểm phát hành báo giá.

### I. Nội dung yêu cầu báo giá

#### 1. Danh mục hàng hóa yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng

| TT | Tên thiết bị y tế  | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng thiết bị y tế   | Yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng                              | Ghi chú |
|----|--|--------|----------|--|--|---------|
| 1  | Máy điện xung<br>Model: Zimmer<br>Hãng: Zimmer<br>Xuất xứ: Đức | Cái    | 01       | - Dây nguồn đầu ra bị đứt không kết nối với máy chính<br>- Điện cực cao su chì | - Thay cặp dây cáp kết nối máy<br>- Thay điện cực cao su |         |

|   |  |     |    |   |   |  |
|---|--|-----|----|---|---|--|
|   |  |     |    | đã hết cần thay thế   | - Bảo dưỡng toàn bộ máy   |  |
| 2 | <b>Máy siêu âm điều trị</b><br>Model:<br>Sonopus 490<br>Hãng: Enraf<br>Xuất xứ: Cộng hòa Séc | Cái | 01 | - Đầu dò chập chòn không kết nối được với máy chính<br>- Đầu dò không tiếp xúc được, máy báo lỗi không hoạt động                          | - Thay dây đầu dò<br>- Xử lý mạch bị lỗi<br>- Bảo dưỡng toàn bộ máy             |  |
| 3 | <b>Máy điện xung</b><br>Model: Z-7023<br>Xuất xứ:<br>Đài Loan                                | Cái | 01 | - Điện cực tiếp xúc kém<br>- Dây điện cực bị đứt không có tiếp xúc<br>- Tấm đệm bọc điện cực đã mòn cần thay thế                          | - Thay dây điện cực<br>- Thay tấm đệm bọc điện cực<br>- Bảo dưỡng toàn bộ máy   |  |
| 4 | <b>Máy điện xung đa năng</b><br>Xuất xứ: Trung Quốc  | Cái | 01 | - Máy vẫn hoạt động nhưng lâu năm không bảo trì bảo dưỡng<br>- Điện cực tiếp xúc kém<br>- Vỏ bọc điện cực đã mòn cần thay thế             | - Sửa và thay vỏ bọc điện cực<br>- Bảo dưỡng toàn bộ máy                        |  |
| 5 | <b>Máy điện xung đa năng</b><br>Xuất xứ: Trung Quốc<br>Năm SX: 2013                          | Cái | 01 | Máy vẫn hoạt động nhưng lâu năm không bảo trì bảo dưỡng<br>- Điện cực tiếp xúc kém<br>- Vỏ bọc điện cực đã mòn cần thay thế               | - Sửa và thay vỏ bọc điện cực<br>- Bảo dưỡng toàn bộ máy                        |  |
| 6 | <b>Máy điện xung đa năng</b><br>Xuất xứ: Bỉ<br>Sản xuất: 2019                                | Cái | 01 | - Máy vẫn hoạt động nhưng lâu năm chưa bảo dưỡng<br>- Điện cực cao su cri đã mòn và tiếp xúc kém<br>- Vỏ bọc điện cực đã mòn cần thay thế | - Sửa và thay vỏ bọc điện cực cao su chì<br>- Bảo dưỡng toàn bộ máy             |  |
| 7 | <b>Máy siêu âm điều trị</b><br>Model:<br>SonoStra 135<br>Hãng SX; GBO<br>Xuất xứ: Đức        | Cái | 01 | - Màn hình mờ khó sử dụng<br>- Nút điều khiển bị gãy<br>- Máy lâu năm cần được bảo dưỡng  | - Thay màn hình máy siêu âm<br>- Thay nút điều khiển<br>- Bảo dưỡng toàn bộ máy |  |

**Ghi chú:**

Các đơn vị báo giá đầy đủ đầy đủ, chi tiết các thông tin TBYT cần sửa chữa, bảo dưỡng (theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm) làm cơ sở để Bệnh viện sửa chữa, bảo dưỡng.



**2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng**

- Tạm ứng: Theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chứng từ thanh toán.

**3. Mẫu báo giá: theo Phụ lục đính kèm./.**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng KH-ĐD- DD (để đăng tải);
- Lưu: VT, D, TCHC-TCKT.

**GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Thị Vân Hải**





## BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế như sau:

### 1. Danh mục báo giá sửa chữa, bảo dưỡng TBYT

| STT               | Tên thiết bị tế | Số lượng | Đơn vị tính | Sửa chữa, bảo dưỡng TBYT | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
|-------------------|-----------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 1                 |                 |          |             |                          |               |                  |
| 2                 |                 |          |             |                          |               |                  |
| ...               |                 |          |             |                          |               |                  |
| <b>Tổng cộng:</b> |                 |          |             |                          |               |                  |

### Ghi chú:

1. Đơn vị báo giá điền đầy đủ, chi tiết thông tin về thiết bị theo yêu cầu tại Bảng trên;

Giá báo là giá đã bao gồm đầy đủ thuế, phí theo quy định.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày phát hành [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))