

Số: 160 /CV-BYHCT
V/v Báo giá hàng hóa

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua vật tư y tế sử dụng năm 2025-2026 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình” (có phụ lục đính kèm).

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các nhà thầu cung cấp báo giá của mặt hàng trên.

- Thời gian nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 23/4/2025.

- Hình thức nhận báo giá:

+ Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu công ty gửi về địa chỉ:

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình.

+ Địa chỉ: số 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

+ Điện thoại: 02293.876.336 (chỉ nhận báo giá qua Văn thư Bệnh viện).

Rất mong nhận được sự đồng ý phối hợp thực hiện từ phía các nhà thầu.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Dược.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vân Hải

Phụ lục II
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG NĂM 2025-2026 TẠI BỆNH VIỆN YHCT TỈNH NINH BÌNH.

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 14 tháng 4 năm 2025)

STT	Mã HH	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự trù
1		Dung dịch rửa tay	Hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters...Chất tạo màu, hương liệu. dung tích ≥ 500ml	Chai	500
2		Dung dịch ngâm rửa dụng cụ	Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đồ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). dung tích ≥ 5 lít /can	Can	72
3		Băng dán vết thương cầm máu tại chỗ	Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485	Miếng	4.000
4		Băng dính lụa	Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước đúng: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485	Cuộn	600
5		Bông thấm nước	100% Bông sợi thiên nhiên, cấu trúc đơn bào, cellulosi. Có màu trắng, không lẫn màu, không lẫn chất. PH(dung dịch 100g/ lít): Từ 0,5 đến 0,8. Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Độ ẩm tối đa: 8,0%	Kg	90

STT	Mã HH	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự trữ
6		Bơm tiêm 5ml	- Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995	Cái	20.000
7		Bơm tiêm 10ml	- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23G, 25G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì ghi rõ thông tin xuất xứ, hạn dùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).	Cái	2.500
8		Cồn 70 độ	Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Lít	400
9		Găng khám bệnh	Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60 % HA, Màu trắng tự nhiên của cao su. - Sử dụng 1 lần. - Chưa tiệt trùng - Tiêu chuẩn áp dụng ISO 13485:2016, TCVN	Đôi	42.000
10		Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiệu <100 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5-7.5.	Can	12

STT	Mã HH	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự trữ
11		Kim châm cứu	Kim cán bằng sợi đồng có khuyên. Thân kim được làm bằng thép không gỉ. Đường kính kim: 0,3mm. Chiều dài 25,30,40,50,60,70 mm. Được tiệt trùng bằng khí EO	Cái	800.000
12		Ống nghiệm Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;ISO 13485: 2016; CE	Cái	2.000
13		Ống nghiệm máu EDTA K2 2ml	Chất liệu: ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;ISO 13485: 2016; CE Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút.	Cái	2.000
14		Ống nghiệm nhựa có nắp	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12 -13x75mm, nắp đỏ, có nhãn, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;ISO 13485: 2016; CE	Cái	2.000



STT	Mã HH	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự trữ
15		Khẩu trang giấy	- 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ polypropylene - Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, hiệu suất lọc khí >90% bụi bẩn và vi khuẩn - Nẹp mũi định hình bóp kẹp sát mũi tạo độ kín	Cái	20.000
16		Kim quang lase	- Được sử dụng chủ yếu trong điều trị laser nội mạch. - Được làm từ chất liệu ETFE mềm, dẻo và có thể giữ được song song với mạch máu, ít có khả năng làm tổn thương tĩnh mạch hơn so với kim làm bằng thép - Được khử trùng bằng Ethylene Oxide để đảm bảo không có vi khuẩn và chất gây sốt. - Sử dụng một lần để tránh lây nhiễm chéo và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường máu hiệu quả. - Đường kính sợi quang: 0,5mm - Chiều dài sợi quang: 4mm - Kim 22G - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.	Cái	3.000
17		Kim luồn	Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc - Ống thông (catheter) Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) chống gãy gập. - Có tám xấp vi lọc cuối chuỗi kim. - Kích cỡ kim luồn: 20G. - Giấy chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 - Tiệt trùng: Ethylene oxide.	Cái	30.000
			Tổng: 17 mặt hàng		